



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi



SAYI : B.10.1.TKH.0.73.00.00-010.01/Hast.
KONU : Self Servis Jenerik İşitme Test Cihazı Hk.

03.01.2014 000130

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU'NA

Kulak Burun Boğaz Kliniğimizin, Self Servis Jenerik İşitme Test cihazının erişkin hastalarda kullanıma ilişkin doktor görüşümüz yazımız ekindedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Murat ALPER
Hastane Yöneticisi a.
Baştabip

Eki: 2

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Evrak Birimi Gelen Evrak Servisi
TIBBİ CİHAZ ETÜD. PROJE. YETKİLENDİRİM
E-Takip No: 1150375



Tarih: 07.01.2014 10:30:38
Evrak No: 0002316 Evrak Ek:



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C. Sağlık Bakanlığı

SAYI:
KONU: Self Servis Jenerik İşitme Test Cihazı hk.

30.12.2013

HASTANE YÖNETİCİLİĞİNE

Kulak Burun Boğaz Kliniğimizin, Self Servis Jenerik İşitme Test cihazının erişkin hastalarda kullanılabileceği yönündeki görüşümüzün İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirilmesi için gereğini arz ederim

Prof Dr Hakan KORKMAZ
KBB Eğitim ve İdari Sorumlusu


E K İ :
Klinik Görüşü

Hakan Korkmaz
Personel
Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H.
KBB Eğitim Sorumlusu
Uzm. Dr. S. DİNÇER YETİ
Uyg. No: 42012-67335

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ne

27.12.2013

İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunda 25.5.2013 tarihinde İsmail Başyayla başkanlığında toplanan komisyonda, self servis jenerik işitme test cihazının hastanemizde deneme amaçlı kullanılması kararı alınmıştı. Bunun üzerine self servis jenerik işitme test cihazı 200 hastada denendi ve elde edilen tahmini odyogramların kliniğimizde yapılan standart odyogramlarla büyük oranda korelasyon gösterdiği tespit edildi. Bu nedenle self servis jenerik işitme test cihazının bir sosyal proje olarak **erişkin hastaların** kullanabileceği yönünde olumlu görüşümüzün İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu na bildirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Ali Özdek

KBB Eğitim Görevlisi